

Adás-vételi szerződés

mely létrejött egyrészről a **Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet** (2700. Cegléd, Törteli út 1-3., képviseletében: dr. Pusztai Dezső főigazgató, adószáma: 15813688-2-13), mint **Vevő** (a továbbiakban: Vevő)

másrészről a **Ultrigel Hungary 2000 Kft.** (székhelye: 1023. Budapest, Bécsi út 4.) Cégjegyzékszám: 01-09-877558, adószám: 13870975-2-41, képviseletében: Komáromy Balázs ügyvezető), mint Eladó (a továbbiakban: **Eladó**) együttesen említve: **Felek** között a mai napon az alábbi tartalommal:

1. A szerződés tárgya és a teljesítés műszaki tartalma:

A Vevő 2017. augusztus 29-én nemzeti eljárásrend 113. § nyílt közbeszerzési eljárást indított, mely szerint Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között 3 részben kíván beszerezni az Ajánlatkérő sterilizáló berendezéseket az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum specifikációja szerint. A szerződés tervezet mindhárom részre vonatkozik.

A közbeszerzési eljáráson az Eladó nyertes ajánlattevőként vett részt a 2. és a 3. rész esetében.

A jelen szerződés melléklete szerinti specifikációs tartalommal kell az eszközöket leszállítania az Eladónak. Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentum, az Eladó ajánlata, melynek része a megajánlott eszköz műszaki leírása.

2. Az ellenérték és az értékelési szempont szerinti elemek:

2.rész Gőzsterilizáló autokláv 8 STE

Nettó ár (Ft) **11.250.000,- Ft**

Értékelési szempont szerinti elemek:

- | | |
|---|-------------|
| 1) Berakó oldali érintőképernyő mérete min. 7" | 10" |
| 2) A kirakó oldali kijelző funkcionálisan megegyezik a berakó oldalival | Igen |
| 3) Az ajtó tömítő gumi fogadását biztosító ajtókeret hegesztés mentes kivitelben készül | Igen |
| 4) Kamra belső felülete elektropolírozott kivitel | Igen |

3.rész: Gőzsterilizáló autokláv 6 STE

Nettó ár (Ft) **10.480.000,- Ft**

Értékelési szempont szerinti elemek:

- | | |
|---|-------------|
| 1) Berakó oldali érintőképernyő mérete min. 7" | 10" |
| 2) A kirakó oldali kijelző funkcionálisan és megjelenésében megegyezik a berakó oldalival | Igen |
| 3) Az ajtó tömítő gumi fogadását biztosító ajtókeret hegesztés mentes kivitelben készül | Igen |
| 4) Kamra belső felülete elektropolírozott kivitel | Igen |

3. A szerződés hatálya:

A szerződés **2017. november 18-án** lép hatályba a szerződés aláírásával, a hatályba lépéstől számítva **1 hónapos időtartamra** szól.

4. A szerződést alkotó dokumentumok:

A szerződés és az alábbiakban felsorolt, egymástól el nem választható dokumentumok melyek a szerződés mellékletét képezik – csak együtt érvényesek

- 1. sz. melléklet – eljárást megindító felhívás, és a közbeszerzési dokumentum
- 2. sz. melléklet – Eladó ajánlata

5. Eladó teljesítése

Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között **2.rész: Gőzsterilizáló autokláv 8 STE** és **3.rész Gőzsterilizáló autokláv 6 STE** sterilizáló berendezések és tartozékainak szállítása a közbeszerzési dokumentumban foglalt specifikáció, műszaki leírás szerint, amely magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását, üzembe helyezését, az eszköz beszerelését, telepítését a rendszer használatának betanítása a Vevő által kijelölt max. 10 fő részére – betanítási jegyzőkönyv felvételével - , valamint 48 órás próbaüzem megtartása, erről jegyzőkönyv felvétele, ezt követően jogosult a teljesítésigazolásra, amennyiben az eszköz minőségileg kifogástalan. A leszállított eszköznek gyári újnak kell lennie. A garanciaidőn belül teljeskörű karbantartás nyújtása a megajánlott berendezésre és a vele szállított perifériális eszközökre vonatkozóan, hibabejelentés esetén a javítást a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdenie. A garancia idő mind az elvégzett munka, mind a leszállított sterilizáló berendezés és kiegészítő tartozékainak esetében: legalább 24 hónap. Az üzembehelyezésről üzembehelyezési jegyzőkönyvet, az oktatásról oktatási jegyzőkönyvet vesznek fel a felek. Az oktatás elvárt óraszám: 4 óra időtartamban. A régi készülékek kiszerelese Eladó feladata, valamint az új készülékek üzembe helyezése során felmerülő géptől számított 2 méteren belül a beépítéshez szükséges anyagokat Eladónak kell költségelnie. A gépek közötti takaró rozsdamentes fal gyártatása is az Eladó feladata.

Eladó a szerződés hatályba lépését követően 1 hónapon belül köteles a jelen szerződés szerinti feladatainak a teljesítésére.

6. Szerződéses árak

Az árak a teljes ellenértéket tartalmazzák, egyéb költség nem számolható el.

7. Fizetési feltételek

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A leszállított áru ellenértékének kifizetése a banki átutalással, magyar forintban történik számla ellenében, nyertes ajánlattevő pénzforgalmi számlájára a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak szerint, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Ajánlatkérő bankja számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint. A kifizetés feltétele az Ajánlatkérő képviselője által kiadott

teljesítési igazolás. Az ajánlati áraknak a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmazniuk kell. Ezen kívül bármilyen egyéb, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költség nem számolható el. Egyéb vonatkozó jogszabály: 2007. évi CXXVII. törvény.

A Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

Késedelmes fizetés esetén a Vevőt terhelő késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat mértékével egyezik meg.

Az Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k), ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és az Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

8. A szerződés módosítása

A felek a szerződést csak írásban, cégszerűen aláírt megállapodással módosíthatják. Szerződés módosítására csak a Kbt. 141. § szabályai szerint van lehetőség.

9. Eladó közreműködői

Az Eladó alvállalkozó igénybevétele esetén felel azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be. Egyébként az alvállalkozó magatartásáért az Eladó úgy felel, mint a sajátjáért. Eladót a szerződésben rögzített kötelezettségei és felelőssége alól alvállalkozó igénybevétele semmilyen módon nem mentesíti.

10. Kapcsolattartás

Eladó és Vevő a rendszer határidőre és megfelelő minőségben történő megvalósítása érdekében kötelesek együttműködni.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban, az alábbiakban felsorolt személyek jogosultak eljárni.

Vevő nevében a szerződés teljesítése során eljáró személyek

Név: Morvai Gábor műszaki osztályvezető
e-mail cím: morvai.gabor@toldykorhaz.hu
Telefon: +36 53/310-011/100 mellék
Fax: +36 53/310-860

Eladó nevében a szerződés teljesítése során eljáró személyek

Név: Komáromy Balázs ügyvezető
e-mail cím: info@ultragel.hu

Telefon: +36 1/278-3050

Fax: +36 1/278-3055

Felek nyilatkozataikat egymással írásban kötelesek közölni (ajánlott levél, e-mail, telefax, építési szerelési napló).

11. Késedelmes teljesítés, kötbér

Az Eladó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről, kimentő okról (vis major) haladéktalanul köteles a Vevőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható időtartamát is.

Késedelmi kötbér: amennyiben az Eladó hibájára visszavezethető okból történik a késedelem, az Eladó késedelmi kötbér fizetésre köteles, melynek mértéke a szerződés nettó ellenértékének 1 % -a / nap. A fizetendő késedelmi kötbér mértékének felső határa 10 napi kötbér mérték lehet. Ezt követően jogosult a Vevő a szerződést felmondani azonnali hatállyal. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés az Eladó hibájára visszavezethető okból hiúsul meg, köteles meghiúsulási kötbérként a szerződés nettó ellenértékének 30 %-át megfizetni. Késedelmi kamat: késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155 §. szerint.

12. Kimentő ok (vis major)

A Vis majornak minősítendő minden olyan esemény, amely kívül esik az Eladó vagy a Vevő (a helyzettől függően) ellenőrzésén, és amely nem volt elkerülhető az érintett felek ésszerű körülmétekintése ellenére sem, és amelyek a következőket ölelik fel, de nem korlátozódnak ezekre:

- (a) háború, ellenségeskedés vagy harci műveletek (hadiállapot kihirdetésével, vagy anélkül) invázió, külső ellenséges cselekedet, polgárháború;
- (b) felkelés, forradalom, lázadás, zendülés, államhatalom polgári vagy katonai bitorlása, összeesküvés, zavargás, polgári felkelés, terrorista cselekmények;
- (c) sztrájk, szabotázs, munkások kizárása, embargó, importkorlátozás, áramszolgáltatás hiánya vagy korlátozása, járványok, karantén, pestis;
- (d) földrengés, földcsuszamlás, vulkáni tevékenység, tűz, árvíz, szökőár, tájfun vagy ciklon, hurrikán, vihar, villámcsapás, nukleáris és nyomáshullámok vagy egyéb természeti vagy fizikai katasztrófák;

13. Szerződéstől való elállás, szerződés felmondása, megszüntetése, megszüntetése

A Kbt. 137.§. esetében a szerződés semmis.

A Vevő jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani:

- ha az Eladó nem a szerződésnek megfelelően teljesít
- vagy a teljesítéssel 10 napon túli késedelembe esik
- felszámolási eljárás folyik ellene.

Rendes felmondásnak helye nincs.

A szerződés a teljesítéssel megszűnik.

A Vevőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) az eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontjában meghatározott valamennyi feltétel.

b) az eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontjában meghatározott valamennyi feltétel.

A szerződés fenti okok miatti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített áru szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

Vevő a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha felügyeleti szervének döntése vagy jogszabályi rendelkezés alapján sorra kerülő működési szervezetének átalakítására tekintettel a szerződés teljesítése lényeges, jogos gazdasági érdekét sértené, vagy lehetetlenné tenné.

A szerződés módosítására a Kbt. 141. §. szerint kerülhet sor.

14. Vitás kérdések rendezése

A szerződés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás útján kísérlik meg.

15. Záró rendelkezések

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt, a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés módosítása, kiegészítése csak írásban érvényes.

Vevő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé a Eladónak gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.


Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés a Kbt. 43.§ (1)-(2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel közérdekű adatnak minősül.

Eladó kijelenti, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.

Jelen szerződés 12 oldalas, egymással megegyező 4 eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből 2 pld Vevőt, 2 pld Eladót illeti meg.

Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.


Cegléd, 2017. november 18.




Dr. Pusztai Dezső
főigazgató

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Vevő




**Ultragel Hungary 2000 Kft.**
Sz.h.: 1023 Budapest, Bécsi út 4.
Adószám: 13870975-2-41
Banksz.: 10300002-10314636-49020021
6.



Komáromy Balázs
ügyvezető
Ultragel Hungary 2000 Kft.
Eladó

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Cegléd, 2017. november 18.



Bobál István
gazdasági igazgató

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet



2017. november 18.

2. rész: Gőzsterilizáló autokláv 8 STE

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Steelco S.p.A.

Típus: Steelco VS 8/2

Hivatalos belföldi szervizpartnere: Steelco Hungary Kft. 1116 Budapest Temesvár u. 19-21.

Minimum műszaki előírás	Elvárt	Ajtóajtó mérete
Autokláv megfelel minden szabványnak és biztonságtechnikai előírásnak, a következők szerint: EN285 Nagyméretű sterilizátorok, CE megfelelőségi tanúsítvány 97/23/EC Európai Nyomástartó Edény Direktíva	Igen	Igen
2-ajtós fal közé süllyesztett kivitel, automata pneumatikus vagy elektromechanikus mozgatású függőlegesen csúszó ajtóval	Igen	Igen, elektromechanikus mozgatású függőlegesen csúszó ajtóval
Kijelző, magyar nyelvű kijelzéssel	Igen	Igen
Berakódó oldalon: színes érintőképernyős kijelző Szöveges folyamat információ a kijelzőn min.: • Hátralévő idő • Ciklus • Hőmérséklet(ek) • Kiválasztott program neve • Ajtó státusz és nyitás/zárás Ciklusválasztás és start	Igen	Igen
Berakó oldali érintőképernyő mérete min. 7"	Igen, kérjük megadni! (Előny a nagyobb.)	Igen, 10"
A kiszedő oldalon: érintőképernyős kijelző	Igen	Igen
A kirakó oldali kijelző funkcionálisan és megjelenésében megegyezik a berakó oldalival	Kérjük megadni! (Igen/Nem)	Igen
Kamra térfogata: min. 8 STE	Igen	Igen
Saját gőzfejlesztőről üzemeltethető	Igen	Igen
Textíliák, kézi műszerek, anesztéziás eszközök sterilizálására	Igen	Igen
Számítógépes hálózatba köthető (távoli elérés céljából)	Igen	Igen

20

Kovács Balázs


Min. 3 előre programozott 121°C és 134°C-os szabványos gyárilag validált gőzsterilizáló ciklussal, Bowie & Dick teszt és vákuumteszt programokkal, valamint további szabad programlehetőségekkel	Igen	Igen
Kamra: Négyzetes kamratér (MSZ 285 fogalom meghatározás) gőzzel működő köpenyfűtéssel legyen ellátva	Igen	Igen
Kamra , ajtó és köpeny anyaga: AISI 316L rozsdamentes acél	Igen	Igen
Az ajtó tömítő gumi fogadását biztosító ajtókeret hegesztés mentes kivitelben készül	Kérjük megadni! (Igen/Nem)	Igen
Kamra belső felülete elektropolírozott kivitel	Kérjük megadni! (Igen/Nem)	Igen
Minden gőzzel érintkező csővezeték és szelep továbbá a gőzfejlesztő víztartálya, vízszivattyúja és csővezetése anyaga: rozsdamentes acél AISI 316L	Igen	Igen
A sterilizátor egy dedikált csatlakozási ponttal rendelkezik a sterilanyag körforgását nyomon követő, dokumentációs rendszerhez	Igen	Igen
Magyar nyelvű kezelőfelület és magyar nyelvű kezelési útmutató /gépkönyv/	Igen	Igen
Független PLC ciklus dokumentáció különálló érzékelőkkel, melyek közvetlenül csatlakoznak a független PLC regisztráléhoz	Igen	Igen
A sterilizáló biztonsági rendszerének és a sterilizálási periódusnak a folyamatos kereszt-ellenőrzése az EN-285 és az EN-554 szabványokban megadott határértékek szerint	Igen	Igen
Beépített nyomtató	Igen	Igen
USB vagy RS 232 csatlakozó	Igen	Igen, USB csatlakozó
Tartozékok gépenként		
1 db kamrai kocsi, min. 2 db több magassági fokozatban állítható polccal az STE egységek elhelyezéséhez, saválló rozsdamentes acél kivitel.	Igen	Igen
2 db berakó/kiszedő kocsi,	Igen	Igen

30

Kovács Balázs

rozsdamentes acél kivitel, 2 db iránytartó és 2 db önbeálló / fékezhető nyomot nem hagyó kerékkel.		
---	--	--

Budapest, 2017. szeptember 14.


Komáromy Balázs ügyvezető
Ultrigel Hungary 2000 Kft.

Ultrigel Hungary 2000 Kft.
Sz. h.: 1023-Budapest, Bécsi út 4.
Adószám: 2370975-2-41
Bank: 10800012-10814636-49020021

91

3. rész: Gőzsterilizáló autokláv 6 STE

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Steelco S.p.A.

Típus: Steelco VS 6/2

Hivatalos belföldi szervizpartnere: Steelco Hungary Kft. 1116 Budapest Temesvár u. 19-21.

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Autokláv megfelel minden szabványnak és biztonságtechnikai előírásnak, a következők szerint: EN285 Nagyméretű sterilizátorok, CE megfelelőségi tanúsítvány 97/23/EC Európai Nyomástartó Edény Direktíva	Igen	Igen
2-ajtós fal közé süllyesztett kivitel, automata pneumatikus vagy elektromechanikus mozgatású függőlegesen csúszó ajtóval	Igen	Igen, elektromechanikus mozgatású függőlegesen csúszó ajtóval
Kijelző, magyar nyelvű kijelzéssel	Igen	Igen
Berakodó oldalon: színes érintőképernyős kijelző Szöveges folyamat információ a kijelzőn min.: • Hátralévő idő • Ciklus • Hőmérséklet(ek) • Kiválasztott program neve • Ajtó státusz és nyitás/zárás Ciklusválasztás és start	Igen	Igen
Berakó oldali érintőképernyő mérete min. 7"	Igen, kérjük megadni! (Előny a nagyobb)	Igen, 10"
A kiszedő oldalon: érintőképernyős kijelző	Igen	Igen
A kirakó oldali kijelző funkcionálisan és megjelenésében megegyezik a berakó oldalival	Kérjük megadni! (Igen/Nem)	Igen
Kamra térfogata: min. 6 STE	Igen	Igen
Központi vagy saját gőzről üzemeltethető	Igen	Igen
Textíliák, kézi műszerek, anesztéziás eszközök sterilizálására	Igen	Igen
Számítógépes hálózatra köthető	Igen	Igen

92

Kinnai Bontó


(távoli elérés céljából)		
Min. 3 előre programozott 121°C és 134°C-os szabványos gyárilag validált gőzsterilizáló ciklussal, Bowie & Dick teszt és vákuumteszt programokkal, valamint további szabad programlehetőségekkel	Igen	Igen
Kamra: Négyzetes kamratér (MSZ 285 fogalom meghatározás) gőzzel működő köpenyfűtéssel legyen ellátva	Igen	Igen
Kamra , ajtó és köpeny anyaga: AISI 316L rozsdamentes acél	Igen	Igen
Az ajtó tömítő gumi fogadását biztosító ajtókeret hegesztés mentes kivitelben készül	Kérjük megadni! (Igen/Nem)	Igen
Kamra belső felülete elektropolírozott kivitel	Kérjük megadni! (Igen/Nem)	Igen
Minden gőzzel érintkező csővezeték és szelep továbbá a gőzfejlesztő víztartálya, vízszivattyúja és csővezetése anyaga: rozsdamentes acél AISI 316L	Igen	Igen
A sterilizátor egy dedikált csatlakozási ponttal rendelkezik a sterilanyag körforgását nyomon követő, dokumentációs rendszerhez	Igen	Igen
Magyar nyelvű kezelőfelület és magyar nyelvű kezelési útmutató /gépkönyv/	Igen	Igen
Független PLC ciklus dokumentáció különálló érzékelőkkel, melyek közvetlenül csatlakoznak a független PLC regisztráléhoz	Igen	Igen
A sterilizáló biztonsági rendszerének és a sterilizálási periódusnak a folyamatos kereszt-ellenőrzése az EN-285 és az EN-554 szabványokban megadott határértékek szerint	Igen	Igen
Beépített nyomtató	Igen	Igen
USB vagy RS 232 csatlakozó	Igen	Igen, USB csatlakozó
Tartozékok gépenként		
1 db kamrai kocsi, min. 2 db több magassági fokozatban állítható polccal az STE egységek elhelyezéséhez, saválló rozsdamentes acél kivitel.	Igen	Igen

33

Károly Barta

2 db berakó/kiszedő kocsi, rozsdamentes acél kivitel, 2 db iránytartó és 2 db önbeálló / fékezhető nyomot nem hagyó kerékkel.	Igen	Igen
---	------	------

Budapest, 2017. szeptember 14.


Ultragel Hungary 2000 Kft.
Sz.h.: 1023 Budapest, Bécsi út 4.
Adószám: V/3870975-2-41
Bontasz.: 10300001-10714636-49020021

Komáromy Balázs ügyvezető

Ultragel Hungary 2000 Kft.

37