

Bobál István gazdasági igazgató
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet

E-mail: bobal.istvan@toldykorhaz.hu
Gulyas.Janosne@toldykorhaz.hu
Telefax: +36 53/310860.

Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelem

Tisztelt Ajánlatkérő!

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (AK09002): Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárást kezdeményezett „Varrógépek és táruk beszerzése 1-5 részben, konszignációs raktár működtetésével.” tárgyban.

GOLD MEDICAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Hasadék utca 22. B. ép.) Vitarendező nevében-az alábbi előzetes vitarendezési kérelmet terjesztem elő (Kbt. 80 § (1) a) pont): **az 1. és 4. részajánlati körre vonatkozóan.**

Jogsértés tudomásszerzés időpontja: 2018. augusztus 21. Összegezés kézhezvétel időpontja

Előzetes vitarendezési kérelem benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24. 24.00

Jogsértés alapja: a Kbt. 2. § (1) és (2) bekezdését, Kbt. 50. § (4) bekezdését és a Kbt. 58 § (1) bekezdését, Kbt. 65 § (3) bekezdését és Kbt. 73 § (5) bekezdését,

Ajánlatkérő 2018. 03. 21-én összefoglaló tájékoztató közzétételével nemzeti közbeszerzési eljárást indított Varrógépek és táruk beszerzése 1-5 részben, konszignációs raktár működtetésével” tárgyban, melyre Vitarendező jelezte érdeklődését.

Ajánlatkérő egy alkalommal módosította a felhívást és KKD-t. (2018. április 16)

Közbeszerzés tárgya:

Határozott idejű (24 hó) adás-vételi szerződés keretei között varrógépek és táruk beszerzése 1-5 részben, konszignációs raktár működtetésével, összes mennyiség: 392 db.

1. rész: Körvarrógépek 110 db

- Hajlított körvarrógép min.25mm, max.26mm 10 db
- Hajlított körvarrógép min.28mm, max.29mm 50 db
- Hajlított körvarrógép min.31mm, max.32mm 50 db


4. rész: Varrógép táruk TA-55 Prémium fémvarrógéphez 200 db

- Varrógép tár TA-55 Prémium vagy azzal egyenértékű fémvarrógéphez, vastag szövetre 150 db
- Varrógép tár TA-55 Prémium vagy azzal egyenértékű fémvarrógéphez, normál szövetre 50 db

Részletesen a közbeszerzési dokumentumban megfogalmazott specifikáció, műszaki leírás szerint.

A KKD 4. oldala alapján:

Ajánlatkérő klinikai kipróbálás céljából kéri a mintapéldányokat. A kettő darab minta szükségességét az indokolja, hogy a termékek egyszerhasználatosak és a mintapéldányt a szükséges megőrizni - a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján - 5 éves időtartamig, azonban a kipróbálásra kerülő minta az 1/2002. (I.11.) EüM. rendelet szabályozása szerint vaszelyes hulladékká válik, azt megőrizni nem lehet. További szempont a két minta bekérése mellett, hogy



vita, előzetes vitarendezés, jogorvoslat esetén a jegyzőkönyv mellett bizonyítékul rendelkezésre áll a 2. számú minta, valamint szerződés teljesítése során is ellenőrizhető legyen, hogy a kipróbált mintával egyező minőségű szállítás történik-e. A 2.számú (steril, kipróbálásra nem kerülő) mintapéldány – a nyertes ajánlattevő 2.számú mintapéldányának kivételével – visszaszolgáltatásra kerül ajánlattevők részére a Kbt. 148. § szerinti jogorvoslatához rendelkezésre álló határidő határnapját követő napon, vagy adott esetben a jogorvoslati eljárás lezárásának napját követő napon.

Kérelmező az ajánlattételi határidőben a vitatott 1. és 4. részajánlati körökre megtette ajánlatát-

Ajánlatkérő 2018. május 05-én felszólította Vitarendezőt a Kbt. 69. § (4) bek szerinti igazolások benyújtására.

Ajánlatkérő 2018. május 22-én hiánypótlást rendelt el a mintatermékekre vonatkozóan, melyet Vitarendező benyújtott.

Ajánlatkérő 2018. július 05-én felvilágosítás kérést küldött meg Kérelmező részére az 1. részajánlati körre, melyben Ajánlatkérő tájékoztat, hogy a becsatolt termékleírásból nem állapítható meg a zárt kapocsmagasság, és kéri igazolni a megfelelőséget műszaki szakmai dokumentációval.

Kérelmező gyártói nyilatkozatot nyújtott be a műszaki megfelelőség igazolására.

Ajánlatkérő 2018. augusztus 21-én kiküldött összegezésében Vitarendező 1. és 4. részajánlati körében tett ajánlatát érvénytelenné nyilvánította.

- 1. részajánlati körben** Ajánlatkérő álláspontja szerint a körvarrógép 3. sorára benyújtott termékminta élő szöveten tolmérővel mért zárt kapocsmagassága 2,84 mm, ami nem felel meg a műszaki követelménynek.

.A KKD 18. pontja szerint:

Termékértékelés menete:

A bontási eljárás után ajánlatkérő a beérkezett termékmintákról ajánlattevőnként és részenként listát készít, a mintákat anonimizálja az alábbiak szerint: a Bíráló Bizottság elnöke és a Bíráló Bizottság közbeszerzési szakértelemmel megbízott tagja(i) a termékmintákat leragasztja és ajánlattevőnként, részenként azonosítóval (sorszámmal) látja el. A sorszámokat jegyzőkönyvben rögzíti és a sorszámozott termékeket kiadja vizsgálatra, kipróbálásra a központi műtőbe. A hasi sebészeti orvossal képviselői próbálják ki a műtétek során a termékeket. A műtősnő bontja ki a sorszámozott termékeket steril körülmények között (az adott műtő területe, steril bemosakodás után), majd azonosítás nélkül átadja az operatőr orvosnak, aki kipróbálja, majd véleményezi. A műtét befejezése után a kipróbálást végző személy(ek) kitölti(k) az alábbi „Termékminta kipróbálási adatlapot”. Az adatok összesítésre, értékelésre kerülnek a Bíráló Bizottság tagjai által, a vizsgálat tapasztalatai jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre. A termékminta kipróbálási adatlapon egy „nem megfelelő” válasz esetén a termék nem elfogadott.

Cégünk ajánlata részeként becsatolta a gyártó nyilatkozatát, miszerint a zárt kapocsmagasság T. Ajánlatkérő műszaki szakmai specifikációjának megfelelő. Ezért nem

Derzsényi Tanácsadó Iroda
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(Lajstromszám: 00197)
2234 Maglód Erzsébet krt. 48
Tel:+36308150883/ Fax:+3629325090
e-mail:derzsényi.hkt@gmail.com
honlap: <http://derzsényi.hu/>

FELELŐS AKKREDITÁLT
KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ
00197
DERZSÉNYI ATTILA

értjük, hogy T. Ajánlatkérőnek, mérése során hogyan jöhetett ki ilyen eltérés ezen műszaki paraméter esetében.

A kizárásról szóló indoklást eljuttattuk a gyártó cég részére is, amelyet ők maguk is értetlenül fogadtak. Válaszuk szerint, amennyiben a varrógép behelyezése megfelelő, az üllőpofák zárása az indikátor ablak jelzésének megfelelő, a zárt kapocsláb magasságnak a megadott tartományban kell lennie. Természetesen azt is feltételezzük, hogy T. Ajánlatkérő a méréseket érvényes kalibrálási és hitelesítési jegyzőkönyvekkel rendelkező tolómérővel végezte, melyet feltehetőleg ISO minősítése is megkövetel.

A gyártó cég állásfoglalása szerint, kizárólag abban az esetben fordulhat elő eltérés a megadott műszaki paraméterektől, amennyiben a varrógép elsütése nem a megfelelő tartományban történik. Ebben az esetben viszont bármely gyártó varrógépének mért adata kilóg a megadott specifikációs tartományból.

Kérelmi elem:

Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő kiírása szerint a benyújtott minta egy példánya rendelkezésre áll, így kérjük a termék kipróbálását a gyártó képviselőinek és cégünk szakembereinek jelenlétében. Kérjük továbbá a jegyzőkönyv rendelkezésre bocsájtását.

Álláspontunk szerint Ajánlatkérő megsértette a. Kbt. 2. § (2) bekezdését.

A Kbt. 2. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára.

Álláspontunk szerint Ajánlatkérő szakmai értékelése során cégünket hátrányosan különböztette meg és ez alapján került kizárásra.

Ajánlatkérő az érvénytelenséget kizárólag a termékminta kipróbálására alapozza. Ennek ellenére Ajánlatkérő felvilágosítás keretében műszaki szakmai dokumentációt kért, melyre Kérelmező gyártói nyilatkozatot nyújtott be. Ezt a gyártói nyilatkozatot Ajánlatkérő nem vette figyelembe, amely azt is jelenti, hogy a felvilágosítás kérésnek nem volt meg a jogi alapja, vagy azt, hogy Ajánlatkérő megsértette az egyenlő bánásmódot.

4.részajánlati körben Ajánlatkérő álláspontja szerint a megajánlott termék nem kompatibilis a TA-55 Prá,ium fémvarrógéphez.

A felhívás II.2.3 pont és a KKD műszaki leírás szerint Ajánlatkérő az alábbiakat határozta meg:

Varrógép tár TA-55 Prémium vagy azzal egyenértékű fémvarrógéphez, vastag szövetre 150 db

Varrógép tár TA-55 Prémium vagy azzal egyenértékű fémvarrógéphez, normál szövetre 50 db

Megítélésünk a szerint, így a termékmintának nem kizárólag a meglévő fémvarrógéppel való kompatibilitását kell vizsgálni, hanem az orvosi felhasználhatóság szempontjából bármilyen (egyenértékű) fémvarrógép és a termékminta funkcionális megfelelőségét.

T. Ajánlatkérő az eljárás során nem adott lehetőséget Cégünk részére, hogy fémvarrógépet is benyújtson mintaként, csak és kizárólag tárakat. Amely viszont nincs összhangban a műszaki szakmai specifikáció megfogalmazásával.

Ugyanis amennyiben T. Ajánlatkérőnek nem kell fizetnie a más gyártótól származó orvos-szakmai szempontból egyenértékű fémvarrógépet (feltételezhető a kiírás alapján, hogy ez volt a cél), akkor az nem jelent T. Ajánlatkérő részére többlet költséget. Viszont amennyiben T. Ajánlatkérő kizárólag a már meglévő fémvarrógépekkel való kompatibilitást vizsgálja, az megítélésünk szerint egyrészt nincs összhangban a műszaki szakmai dokumentációban foglaltakkal, továbbá versenytorzító hatású is, **hiszen a benyújtott dokumentációkból megállapítható, hogy ebben az esetben kizárólag egyetlen cég tud érvényes ajánlatot tenni.**

Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 2 § (1), (2) és (3) bekezdését:

(1) A közbeszerzési eljárásban az **ajánlatkérő köteles biztosítani**, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a **verseny tisztaságát, átláthatóságát** és nyilvánosságát.

(2) Az **ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára.**

(3) Az **ajánlatkérő** és a gazdasági szereplők a **közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés tilos.**

Álláspontunk szerint Ajánlatkérő olyan ok miatt nyilvánította érvénytelenné ajánlatunkat, amelyre vonatkozóan sem a felhívás, sem a KKD nem tartalmazott rendelkezést.

Amennyiben Ajánlatkérő ragaszkodik az érvénytelenné nyilvánítás indokához, abban az esetben elismeri, hogy a kiírás versenykorlátozó volt, és az ezzel összefüggő tudomásszerzésünk az Ajánlatkérő erre irányuló válasza lesz.

Javasolt cselekmény az 1. és 4 részajánlati körre vonatkozóan:

- Ajánlatkérő módosítsa az összegezést és Kérelmező ajánlatát nyilvánítsa érvényessé.

Tájékoztatam Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy amennyiben kérelmünk elutasításra kerül, a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottságnál kérjük az Ajánlatkérői iratok megvizsgálását és a termékminták értékelésének felülvizsgálatát.

Kérem szíves tájékoztatásukat továbbá, hogy az ajánlati kötöttség mikor járt le, az ajánlattevők az ajánlati kötöttséget meghosszabbították –e? (Ellenkező esetben jogszerűen nem lehet érvényessé nyilvánítani az ajánlatokat)

Maglód, 2018. augusztus 24.

Ajánlattevő nevében:

Derzsényi Attila

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(Lajstromszám: 00197)

Derzsényi Tanácsadó Iroda
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(Lajstromszám: 00197)
2234 Maglód Erzsébet krt. 48
Tel: +36308150883/ Fax: +3629325090
e-mail: derzsényi.hkt@gmail.com
honlap: <http://derzsényi.hu/>

FELELŐS AKKREDITÁLT
KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ
00197
DERZSÉNYI ATTILA



MEGHATALMAZÁS

Alulírott, **Kristóf Attila**, mint a(z) **GOLD MEDICAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Hasadék utca 22. B. ép.)** ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője

meghatalmazom

Derzsényi Attila felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (Lajstromszám:00197), hogy nevemben a közbeszerzésekről szóló. 2015. évi CXLI tv. alapján eljárjon a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet mint Ajánlatkérő által megindított „Varrógépek és táruk beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban.

Jelen meghatalmazás tárgyi eljárásban az előzetes vitarendezési kérelem benyújtására, valamint a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság előtti képviseletre jogosít.

Budapest, 2018. augusztus 24.

GOLD MEDICAL KFT.


Szh.: 1221 Budapest, Hasadék u. 22/B
Th. lev. cím: 2370 Dabas, Bartók B. út 45.
Adószám: 13411149-2-43
Tel./Fax: 06-29-360-484

Kristóf Attila
ügyvezető

Meghatalmazást elfogadom:

Maglód, 2018. augusztus 24.

Derzsényi Attila
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó



Date/Time : 24-AUG-2018 16:55 FRI
 Model Name : M2070 Series
 Machine Serial Number : ZF46B8KH7D006SN
 Host Name : SEC30CDA7EEB10A

No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
025	0653310860	24-08 16:52	02'42"	ECM	005/005	OK

Bobál István gazdasági igazgató
 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet

E-mail: bobal.istvan@toldykorhaz.hu
Gulyas.Janosne@toldykorhaz.hu
 Telefax: +36 53/310860.

Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelem

Tisztelt Ajánlatkérő!

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (AK09002): Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárást kezdeményezett „Varrógépek és táruk beszerzése 1-5 részben, konszignációs raktár működtetésével.” tárgyban.

GOLD MEDICAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Hasadék utca 22. B. ép.) Vitarendező nevében-az alábbi előzetes vitarendezési kérelmet terjesztem elő (Kbt. 80 § (1) a) pont): az 1. és 4. részajánlati körre vonatkozóan.

Jogsértés tudomásszerzés időpontja: 2018. augusztus 21. Összegezés kézhezvétel időpontja

Előzetes vitarendezési kérelem benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24. 24.00

Jogsértés alapja: a Kbt. 2. § (1) és (2) bekezdését, Kbt. 50. § (4) bekezdését és a Kbt. 58 § (1) bekezdését, Kbt. 65 § (3) bekezdését és Kbt. 73 § (5) bekezdését,

Ajánlatkérő 2018. 03. 21-én összefoglaló tájékoztató közzétételével nemzeti közbeszerzési eljárást indított Varrógépek és táruk beszerzése 1-5 részben, konszignációs raktár működtetésével” tárgyban, melyre Vitarendező jelezte érdeklődését.

Ajánlatkérő egy alkalommal módosította a felhívást és KKD-t. (2018. április 16)

Közbeszerzés tárgya:

Határozott idejű (24 hó) adás-vételi szerződés keretei között varrógépek és táruk beszerzése 1-5 részben, konszignációs raktár működtetésével, összes mennyiség: 392 db.

1. rész: Körvarrógépek 110 db

- Hajlított körvarrógép min.25mm, max.26mm 10 db
- Hajlított körvarrógép min.28mm, max.29mm 50 db
- Hajlított körvarrógép min.31mm, max.32mm 50 db

4. rész: Varrógép táruk TA-55 Prémium fémvarrógéphez 200 db

- Varrógép tár TA-55 Prémium vagy azzal egyenértékű fémvarrógéphez, vastag szövetre 150 db
- Varrógép tár TA-55 Prémium vagy azzal egyenértékű fémvarrógéphez, normál szövetre 50 db

Részletesen a közbeszerzési dokumentumban megfogalmazott specifikáció, műszaki leírás szerint.

A KKD 4. oldala alapján:

Ajánlatkérő klinikai kipróbálás céljából kéri a mintapéldányokat. A kettő darab minta szükségességét az indokolja, hogy a termékek egyszerűhasználatosak és a mintapéldányok szükséges megőrizni - a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján - 5 éves időtartamig, azonban a kipróbálásra kerülő minta az 1/2002. (I.11.) EüM. rendelet szabályozása szerint a minták megőrzésére hűlédékká válik, azt megőrizni nem lehet. További szempont a két minta bekérése mellett, hogy

2018.08.24. 16:55
 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet