



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Unió, Nyílt eljárás - EKR000628002018

E50 - Bírálati szakasz

Ajánlatkérő neve: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet

Közbeszerzés tárgya: DSA angio berendezés bérlete

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet		Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_76408326			
Postai cím:							
Város:	Cegléd	NUTS-kód:	HU120	Postai irányítószám:	2700	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Törteli Út 1-3.						
Kapcsolattartó személy:	Bobál		István				
E-mail:	bobal.istvan@toldykorhaz.hu		Telefon:	+36 53310011	Fax:	+36 53310860	
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.toldykorhaz.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.toldykorhaz.hu						

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	Dr. Körmendi Miklós Ügyvédi Iroda		Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_17804477			
Postai cím:							
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1117	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Baranyai Tér 8. I/4.						
Kapcsolattartó személy:	Dr.		Körmendi	Miklós			
E-mail:	dr.kormendi.miklos@kormendim.hu		Telefon:	+36 304884519	Fax:	+36 12693417	
Internetcím(ek)							

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.toldykorhaz.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.toldykorhaz.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya
DSA angio berendezés bérlete

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
1 db bérleti szerződés DSA angio berendezés leszállítása, telepítése és üzembe helyezése, bérbeadása és teljes körű karbantartása tárgyában. A berendezés minimum műszaki előírása Elvárás Vizsgáló szerkezet Monoplane C-íves, padlóra telepített Igen C-ív mozgás RAO/LAO motorikus mozgás tartománya (folyamatos sugár mellett) Min.220o-os tartomány (+/- közötti tartomány) CRA/CAU motorikus mozgás tartománya Min.+/- 45o RAO/LAO és CRA/CAU mozgások sebessége Min.18o/sec Ütközésérzékelő és biztonsági rendszerrel ellátott Igen Ütközési zónához közeledve automatikusan lassuló mozgás Igen Programozható C-ív beállítások száma Min .45 db Vizsgálóasztal Padlóra telepített vizsgáló asztal Igen Az asztal maximális teherbírása Előny a nagyobb érték. Min.200 kg Asztal maximális hossza Min.250 cm Hosszirányú mozgás Min.100 cm Oldalirányú mozgás Min.+/- 14 cm Magasság állíthatóság Min.80-100 cm Röntgen generátor Nagyfrekvenciás, impulzus üzemű Igen Maximális teljesítmény Min.100 kW Felvételi kV tartomány Min.50-125 kV Röntgen cső KV tartomány Min.50-125 kV Fókuszok száma Min.2 Flat emmitter technológiájú fókusz kialakítás (előny a megléte) Legkisebb fókusz mérete (IEC 60336 szerint) Max.0,4 mm Forgó anód, folyékony fém csapágyazással (előny a megléte) Csőbúra hőkapacitása Min.4,5 MHU Anód hőkapacitása Min.3,2 MHU Megjelenítő rendszer Flat detektor névleges felületének mérete Min .30x40 cm Flat detektor anyaga Amorf Szilícium A képfelvevő eszköz választható mezőméreteinek száma, mérete Min.4 Felvételi képmátrix Min.1024x1024 Detektor pixel méret Max.200 µm Monitorok a vizsgálóban: Mennyezeten elhelyezett monochrom flat monitorok (élőkép + referencia monitor)Min.2 db monitor Monitorok fényereje Min.400 cd/m² Monitorok képátlója Min.19” A kontroll helyiségben: Asztalon elhelyezett flat monitor Min.1 db Monitorok fényereje Min.400 cd/m² Monitorok képátlója Min.19” Vezérlőpult A képfeldolgozás és visszajátszás vezérlő pultja a paciens asztalon érintőképernyős Igen Sugárterhelést csökkentő módszerek Felvételi paraméterek automatikus megválasztása és optimalizálása a pacienshez az átvilágítási értékekből Igen Automatikusan beválasztódó különböző vastagságú Cu szűrők száma a paciensre optimalizált sugárminőséghez Min.3 db Előny a több. Átvilágítás nélküli blendézés a monitoron Igen Sugárnélküli átpozícionálási lehetőség a központi sugárirány grafikus kijelzésével Igen Megengedett paciens sugárdózis és bőrfelületi dózis érték figyelés. Megengedett határérték elérése előtti figyelmeztető jelzés a TFT kijelzőn Igen Strukturált jelentés a paciens demográfiai, vizsgálati, dózis terhelési adataival DICOM formátumban Igen Mennyezeti felfüggesztésű karos ólomüveg (felsőtest sugárvédelem) min.0,25 mm Pb egyenértékkel és hidegfényű műtőlámpa min.25 000 Lux fényerővel Igen Alsótest sugárvédelem min.0,5 mm Pb egyenértékkel Igen Angiográfias alkalmazások Roadmapping Igen Léptetőes, vagy bólus követés angiográfia Igen Vascularis kiértékelő SW (szög-,hosszúság- és szűkületmérés) Igen Valós idejű képminőség optimalizálási módszerek Felvételezésnél használt dózis értéktől függő képoptimalizálás zajcsökkentéssel és képélesség növeléssel Igen Vékony erek és a finomszöveti struktúrák éles láthatóságát gátló, testrész mozgásából származó műtermék automatikus kiszűrése Előny a megléte Felhasználó által beállítható, „személyes” képhatas Igen Digitális tárolás és postprocessing On-line képtároló kapacitás min.50 000 kép 1024x1024, min.12 bit felbontás mellett Digitális képjavító és postprocessing megoldások: Kérjük felsorolni. Digitális postprocessing bitmélysége Min.12 bit DICOM funkcionalitás DICOM send, receive, worklist, query, retrieve Igen Képek hálózati továbbítása DICOM Standardban Igen Angiográfias kontrasztanyag injektor Álló kivitel Igen Fecskendő mérete Min.150 ml Nyomás Max.1200 PSI Maximális injektálási sebesség Min. 10 ml/s Előny a nagyobb. Folytatás VI.1.10) További információk: pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:	
Második rész XV. Fejezet	
IV.1.2) Az eljárás fajtája:	Unió Nyílt eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:	
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:	

IV.2) Adminisztratív információk

--

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:2018/S 174-394206

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:16121/2018

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:1

Az eljárás eredményes volt:Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelyeAdószáma

NovelMedix Orvosi Műszerkereskedelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2615 Csővár, Madách Utca 1

25075081213

Nettó ajánlati ár (Ft/hó): 6 786 929 Vizsgálóasztal Az asztal maximális teherbírása (kg) (min. 200 kg, előny a nagyobb): 390 Röntgen cső Flat emitter technológiájú fókusz kialakítás (IGEN/NEM) (megléte előny): IGEN Röntgen cső Forgó anód, folyékonyfém csapágyazással (IGEN/NEM) (megléte előny): IGEN Sugárterhelést csökkentő módszerek Automatikusan beválasztódó különböző vastagságú Cu szűrők száma a paciensre optimalizált sugárminőséghez (db) (min. 3 db, előny a több): 5 Valós idejű képminőség optimalizálási módszerek Vékony erek és a finomszöveti struktúrák éles láthatóságát gátló, testrészmozgásából származó műtermék automatikus kiszűrése (IGEN/NEM) (megléte előny): IGEN Angiográfiás kontrasztanyag injektor Maximális injektálási sebesség (ml/s) (min. 10 ml/s, előny a nagyobb): 50 Angiográfiás kontrasztanyag injektor Az injektor memóriájában tárolható protokollok száma (db) (min. 2 db, előny a több): 100 Közös ajánlattevők érvényes ajánlatot tettek, velük szemben kizáró ok nem áll fenn, alkalmasságukat megfelelően igazolták, az ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a megajánlott nettó ajánlati ár a becsült érték összegére figyelemmel megfelelő.

EKR000628002018

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
NovelMedix Orvosi Műszerkereskedelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1350
Szöveges értékelés:	

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0	10
---	----

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az érvényes ajánlatokat ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékeli [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja]. Minőségi szempont/Súlyszám 1. Vizsgálóasztal Az asztal maximális teherbírása (kg) (min. 200 kg,előny a nagyobb) 10 2. Röntgen cső Flat emmitter technológiájú fókusz kialakítás (IGEN/NEM) (megléte előny) 15 3. Röntgen cső Forgó anód, folyékonyfém csapágyazással (IGEN/NEM) (megléte előny) 5 4.Sugárterhelést csökkentő módszerek Automatikusan beválasztódó különböző vastagságú Cu szűrők száma a paciensre optimalizált sugárminőséghez (db) (min. 3 db,előny a több) 5 5. Valós idejű képminőség optimalizálási módszerek Vékony erek és a finomszöveti struktúrák éles láthatóságát gátló, testrészc mozgásából származó műtermék automatikus kiszűrése (IGEN/NEM) (megléte előny) 5 6. Angiográfiás kontrasztanyag injektor Maximális injektálási sebesség (ml/s) (min. 10 ml/s,előny a nagyobb) 2 7. Angiográfiás kontrasztanyag injektor Az injektor memóriájában tárolható protokollok száma (db) (min. 2 db, előny a több) 3 1. Ár- súlyszám 90 Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft/hó) 90- súlyszám A bírálat módszere: fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) alapján. 2. Műszaki tartalom – súlyszám 45 Vizsgálóasztal Az asztal maximális teherbírása (kg)(min. 200 kg, előny a nagyobb) - súlyszám 10 Sugárterhelést csökkentő módszerek Automatikusan beválasztódó különböző vastagságú Cu szűrők száma a paciensre optimalizált sugárminőséghez (db) (min. 3 db, előny a több) – súlyszám 5 Angiográfiás kontrasztanyag injektor Maximális injektálási sebesség (ml/s) (min. 10 ml/s, előny a nagyobb) - súlyszám 2 Angiográfiás kontrasztanyag injektor Az injektor memóriájában tárolható protokollok száma (db) (min. 2db, előny a több) – súlyszám 3 A bírálat módszere: egyenes arányosítás a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) alapján. Röntgen cső Flat emmitter technológiájú fókusz kialakítás (IGEN/NEM) (megléte előny) - súlyszám 15 Röntgen cső Forgó anód, folyékonyfém csapágyazással (IGEN/NEM) - súlyszám 5 (megléte előny) Valós idejű képminőség optimalizálási módszerek Vékony erek és a finomszöveti struktúrák éles láthatóságát gátló, testrészc mozgásából származó műtermék automatikus kiszűrése (IGEN/NEM) (megléte előny) – súlyszám 5 A bírálat módszere ezen szempontok esetén, ahol valamely tulajdonság megléte előny: a pontozásos (abszolút) értékelési módszer a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) alapján.. Összes pontszám meghatározása: A súlyszámmal felszorozott pontszámok összeadásra kerülnek, és az így keletkezett legmagasabb pontszámot elérő érvényes ajánlattevő ajánlata lesz a nyertes ajánlat. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. A részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a részszempont eljárást megindító felhívásban megadott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összeadásra. Az így kapott eredmény adja az ajánlat pontértékét. A nyertes a legmagasabb pontértéket elérő ajánlattevő lesz. Pontegyezőség esetén az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

NovelMedix Orvosi Műszerkereskedelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2615 Csóvár, Madách Utca 1	25075081213
Az ellenszolgáltatás nettó összege mindösszesen: 325 772 592 Ft (Nettó ajánlati ár (Ft/hó): 6 786 929) A közös ajánlattevők ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt, a megajánlott ajánlati ár a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő mértékű.	

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: szerviz tevékenység ellátása, kivitelezés

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Siemens Heatcare Kft. (adószám: 25296826-2-44), Tarasco Kft. (adószám:12829361-2-41), Haus-Bau Kft.(adószám:12744257-2-13)
--

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
BLUEMED Kft., 2091 Etyek, Liliom Köz 2	14570692207
Ajánlatkérő több alkalommal kérte, hogy ajánlattevő mutassa be az ajánlati ár („Nettó ajánlati ár (Ft/hó)”) alapjául szolgáló finanszírozási konstrukció részleteit. Ajánlatkérő külön kérte, hogy amennyiben hitelkonstrukcióról van szó, amely kamatköltségek felmerülésével jár együtt, úgy ajánlattevő részletesen fejtse ki, milyen konstrukcióról van szó, mekkora kamatmértékkel. Ajánlattevő többszörös felhívás ellenére sem adta meg a finanszírozási konstrukció részleteit (pl. futamidő, hitelösszeg) és a kamatmértéket, nem mutatott be ennek alapjául szolgáló tényeket, adatot, vagy más konkrétumot, ez alapján ajánlatkérő nem tudott kétséget kizáróan meggyőződni a finanszírozási költségként kimutatott kamatköltség megalapozottságáról. A kamatköltség közvetlenül kihat az ajánlattevő által kimutatott nyereségre és ezen keresztül a szerződés teljesíthetőségére és az ajánlati ár („Nettó ajánlati ár (Ft/hó)”) megalapozottságára. Ajánlatkérő a többszöri felhívás ellenére sem tudott meggyőződni az ajánlati ár megalapozottságáról, az ajánlattevő által közölt információk nem indokolták megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető, ezért az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (2) bekezdés alapján – figyelemmel a Kbt. 72. § (3) bekezdésére - érvénytelennek nyilvánítom, tekintettel arra, hogy ajánlattevő által a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető.	

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre:	2019.02.22	Lejárata:	2019.03.03
-----------	------------	-----------	------------

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2019.02.21

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.02.21

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége pont folytatása: Az injektor memóriájában tárolható protokollok száma Min. 2 db Előny a több. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell bármely nemzeti rendszerbenakkreditált MSZ EN ISO 9001:2008 jelű vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
----------------------------	----------------	--------------------

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról	2019.02.06 16:35:07	kormendim
---------------------------------------	---------------------	-----------

Összesen: 1 sor (1 / 1)