

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a **Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet** (2700. Cegléd, Törteli út 1-3.)

számlaszám: MÁK 10023002-00333001-00000000.

adószám: 15813688-2-13

képviseli: Dr. Pusztai Dezső főigazgató

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)

másrészről

a **Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1135. Budapest, Szent László út 95.)

képviseli: Krikus Henrik ügyvezető

cégjegyzékszám: 01-09-694398

adószám: 12601134-2-41

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)

(a Vevő és az Eladó a továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint.

Előzmény

A Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő, mint ajánlatkérő „**Orvosi eszközök beszerzése 5 részben, határozott idejű adásvételi szerződés keretében**” tárgyban – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113.§ (1) bekezdés alapján – lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásban hozott döntésének megfelelően Eladóval köt szerződést a közbeszerzés **3. része** tekintetében.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján az Eladó teljesítésre a közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában, a közbeszerzési dokumentációban és az ajánlatában foglaltakra figyelemmel köteles. A szerződés tervezet minden rész vonatkozásában irányadó.

1. A szerződés tárgya, a Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

1.1. Az Eladó vállalja, hogy a jelen szerződés 1. mellékletében meghatározott orvosi eszközt (a továbbiakban: Eszközt) Vevő részére a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott teljesítési helyre szállítja, üzembe helyezi és Vevőnek történő átadással, amelynek ellenében a Vevő a 3.2. pontban meghatározott vételárat fizet az Eladónak. Eladó továbbá vállalja az eszközt használó személyzet betanítását Vevő által kijelölt max. 5 fő részére, 1 óra időtartamban, valamint 1 órás próbaüzem tartását. Az üzembehelyezésről, a próbaüzem megtartásáról üzembehelyezési jegyzőkönyvet, az oktatásról, betanításról oktatási jegyzőkönyvet vesznek fel a felek. Eladó kijelenti, hogy a leszállított Eszköz gyári új.

1.2. Az ellenérték és az értékelési szempont szerinti elemek:

3.rész: Klinikai inkubátor

Nettó össz. ajánlati ár (Ft)

1.980.000,- Ft

Értékelési szempont szerinti elemek:

1. A levegőfüggöny intenzitása ajtónyitáskor automatikusan növekszik (a buratéri hőmérséklet stabilizálására hosszú beavatkozás esetén) (igen/nem): **igen**
2. Buratéri kondenzátum elvezető rendszer külső gyűjtőtartállyal (igen/nem): **igen**
3. Fekvőfelület dönthetősége a buratérien kívülről állítható (igen/nem): **igen**

- 1.3. Eladó feladata továbbá a 12 hónap jótállási idő alatt szervizszolgáltatás biztosítása, amelynek alapján az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a Eszközök szakszerű javításának és karbantartásának ellátása érdekében biztosítja a megfelelő szervizszolgáltatást.

A jótállási idő alatt a szerviz, javítási és karbantartási költséget az Eszközök jelen szerződésben meghatározott vételára magában foglalja, így különösen a tervezett kiszállási és az esetleges szállásköltségeket, anyag, alkatrész költségek, részleges, vagy teljes működésképtelenség elhárítása érdekében történő komplett javítások ellátását és költségét, munkadíjat, a karbantartás díját. A rendkívüli javítások költségei nem tervezhetőek, ezek a költségek a Vevőt terhelik.

A szerződés időtartama alatt az alábbiakban meghatározott szolgáltatásokat kizárólagosan az Eladó jogosult elvégezni:

- Üzembe helyezés és installáció 1 óra egybefüggő próbaüzem,
- Szerződés tartalma szerinti időszakos karbantartások
- Vevő hibájából adódó, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások javítása
- Az üzemviteli biztonság szempontjából történt javítások – fejlesztések

Az Eladó a gyártó által előírt gyakorisággal, szakszerűséggel és terjedelemben, de legalább évente két alkalommal (alkalmanként 1 napos időtartamban); a jelen szerződésben meghatározottak szerint végzi el az Eszközök tervszerű megelőző karbantartását, a Vevővel történő előzetes egyeztetést követően. A tervszerű megelőző karbantartás a jelen pontban részletezett munkák elvégzését foglalja magában.

Eladó a jelen szerződés tárgyát képező Eszközöket a rájuk vonatkozó szerviz előírások szerint ellenőrzi, mely során a vonatkozó MSZ előírások szerint jár el.

A jótállási időszak alatt meghibásodás esetén Eladó köteles Vevő értesítésétől számított 48 órán belül az Eszközök javítását megkezdeni. A javítások befejezése után – amennyiben Eladó a készüléket elszállította – Eladó köteles visszaszállítani Vevő számára az eredeti Eszközöket. A kijavított Eszközre a Eladó a jótállási kötelezettségét kiterjeszti. Minden leszállított tételről Eladó jótállási dokumentációt köteles rendelkezésre bocsátani.

Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.

- 1.4. Az Eladó kijelenti, hogy az általa szállított Eszközök minden tekintetben megfelelnek a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában és a közbeszerzési dokumentációban a Vevő által meghatározott követelményeknek, valamint az általa benyújtott ajánlatban foglaltaknak.

- 1.5. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)–kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 1.6. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
- 1.7. Eladó által a teljesítésbe bevont alvállalkozók megjelölése (adott esetben): -
- 1.8. Eladónak együttműködési kötelezettsége van abban az esetben, ha Vevő a telepítés helyszínén a telepítést megelőzően, átalakítási, felújítási munkát végez, Eladónak ezt a tevékenységet tűrnie kell és nem jelent akadályközlési alapot.
- 1.9. Eladónak tekintettel kell lennie a teljesítés során arra, hogy folyamatos üzemű egészségügyi intézmény részére végzi a teljesítést, így indokolatlanul nem zavarhatja a folyamatos betegellátás folyamatát.
- 1.10. Eladónak – a szállítást és teljes körű installációt követően hibamentes próbaüzemet kell végeznie és dokumentálnia. A próbaüzem megfelelőségét Vevő ellenőrzi.

2. A teljesítés helye, ideje és módja

- 2.1. A teljesítés helye:
2700 Cegléd, Törteli út 1-3.
- 2.2. Az Eladó az Eszközöket a 2.1. pontban megjelölt teljesítési helyre szállítja le. Teljesítési határidő: a szerződés aláírását követő 30. nap. Előteljesítés előzetes egyeztetés alapján lehetséges. Vevőnek kiemelt érdeke fűződik a legkésőbbi teljesítési határidő megtartásához arra tekintettel, hogy ezen legkésőbbi teljesítési időpont megtartása esetén van még kellő ideje és módja a pályázatban elnyert támogatás szerződéses ellenszolgáltatásként történő teljesítésére és a támogatás elszámolására.
Ezen időpontig a sikeres próbaüzemnek is meg kell történnie.
A Vevő elfogad előteljesítést.
Az Eladó köteles a Vevőt a tervezett teljesítés időpontjáról legalább 5 munkanappal megelőzően értesíteni.
A kárveszély átszállása az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásakor, míg az Eszközök tulajdonjogának átszállása a teljes vételár kiegyenlítésekor történik.
- 2.3. A Vevő vállalja, hogy az Eszközöket azok átvételekor, vagy azt követően legkésőbb 8 napon belül megvizsgálja, és azok felismerhető, mennyiségi vagy minőségi hibáit a vizsgálatkor felvett jegyzőkönyvben vagy a teljesítést igazoló dokumentumon („teljesítésigazolási jegyzőkönyv”) rögzíti. A Vevő a minőségi hibák felfedezése után köteles haladéktalanul írásban közölni az Eladóval szavatossági igényét.
- 2.4. Amennyiben az Eszköz nem megfelelő minőségű, úgy azt az Eladó saját költségén a szavatossági igény közlésétől számított 8 munkanapon belül kicseréli.

- 2.5. Az Eladó garanciális kötelezettsége nem terjed ki olyan esetekre, amikor a Vevő az Eladó előírásait nem tartotta be, vagy a teljesítés után a Vevőnél bekövetkezett körülmények hatására keletkeznek a hibák. A késedelmes bejelentésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.
- 2.6. A Vevő a minőségi kifogással érintett Eszköz felhasználására nem jogosult, a jogosulatlan felhasználásból eredő károkért az Eladó felelősséget nem vállal.
- 2.7. Az Eszközzel kapcsolatos minőségi kifogás bizonyítása a Vevőt terheli. Az átvételkor nem látható minőségi hibákat az arra vonatkozó bizonyítékokkal együtt (Pl.:átadás-átvételi jegyzőkönyv, a jegyzőkönyvhöz képest tapasztalt eltérések leírása) a Vevő az Eladóval haladéktalanul, de legkésőbb az átvétel napjától számított 3 munkanapon belül írásban köteles közölni. A kifogás érvényesítésével együtt – az Eladó ilyen irányú igénye esetén – a Vevő köteles az általa hibásnak minősített Eszközt az Eladó rendelkezésére bocsátani.
- 2.8. A Vevő az általa kifogásolt Eszközöket az Eladó előzetes írásos beleegyezése nélkül nem jogosult visszaküldeni, ellenkező esetben a Vevő az Eladó ebből eredő valamennyi kárát illetve költségét köteles megtéríteni. Amennyiben a Vevő minőségi kifogása megalapozottnak bizonyul az Eladó a Vevő oldalán felmerülő esetleges tárolási költségeket megtéríti, valamint a kárveszélyt viseli.

3. Vételár, fizetési feltételek

- 3.1. A Vevő előleg igénylésének lehetőségét nem biztosítja az Eladó számára.
- 3.2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Eladót szerződésszerű teljesítés esetén 1.980.000,- Ft + 27 % ÁFA, azaz Egymillió-kilencszáznyolcvanezer forint + 27 % ÁFA, tehát **bruttó 2.514.600,- Ft**, azaz Kettőmillió-ötszáztizennégyezerhatszáz forint vételár illeti meg. A fenti ellenérték tartalmazza teljes egészében a megajánlott Eszközök ellenértékét, továbbá a szállítási költségeket, a fuvarszekérről történő lerakás, a telepítés helyszíne előkészítésének, az ehhez kapcsolódó meglévő eszközök leszerelési, bontási feladatoknak, a telepítés, az üzembe helyezés, a magyar nyelven történő betanítás, szállítói mérések (különösen érintésvédelem) *(adott esetben)* elvégzésének, a jótállási időszak alatt elvégzendő, gyártó által előírt kötelező szerviz költségeit, továbbá minden, az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozásokhoz szükséges tartozék, járulékos munka, rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozék költségét.
- Az Eladó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha az Eladó a szerződésben meghatározott feladatait határidőben, maradéktalanul, a szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelően teljesíti.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó az Eszközök teljesítési helyre történő szállításáért külön díjazásra nem jogosult.

- 3.3. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a teljesítésről a Vevő a minőségi, mennyiségi vizsgálat alapján, az átvételt követően a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 15 napon belül teljesítésigazolási jegyzőkönyvben nyilatkozik, és indokolt esetben közli kifogásait az Eladóval. A Vevő képviselőjében a teljesítésigazolási jegyzőkönyv kiállítására a műszaki osztály vezetője, távollétében kijelölt helyettese jogosult.

- 3.4. A számla kiállítására és benyújtására a teljesítésigazolás kézhezvételét követően kerülhet sor.

Az Eladó a számláját két példányban juttatja el a Vevő fejlécében megjelölt címére. A számlát az Eladó a Vevő nevére a fejlécben megjelölt címére (2700. Cegléd, Törteli út 1-3.) köteles kiállítani.

A számla benyújtásának (személyesen vagy postai úton) helye: 2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Pénzügyi Osztály.

Az Eladó által benyújtott számla teljesítése a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a szerződésben foglaltak szerint 30 napon belül az Eladó fejlécében megjelölt bankszámlájára utalással történik, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel.

A számla kiegyenlítéséhez az alábbi okmányokat kell megküldeni:

- egy eredeti és egy másolati számlapéldányt cégszerűen aláírva,
- az átvevő által aláírt és lebélyegzett teljesítést igazoló okmányt.

A Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vevő mindaddig nem köteles teljesíteni fizetési kötelezettségét, amíg az Eladó nem csatolja a számlához a Megrendelő teljesítésigazolója által aláírt teljesítést igazoló dokumentum eredeti példányát.

- 3.5. A számlán minden esetben fel kell tüntetni a szerződés iktatószámát, a szerződés tárgyát és az Eladó jelen szerződés fejlécében meghatározott adatait. Ennek hiányában kiegészítés céljából a számlát a Vevő visszaküldi az Eladó részére, amely esetben a Vevő késedelme kizárt.
- 3.6. A nem megfelelően kiállított, vagy a jelen szerződésben előírt tartozékokkal nem rendelkező számlát a Vevő visszaküldi az Eladónak. Az Eladó által ismételten benyújtott számla kiegyenlítésére vonatkozóan a fizetési határidő az ismételten benyújtott számla Vevő általi kézhezvételének napjától számítva újratezdődik.
- 3.7. A benyújtott számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltaknak.
- 3.8. Vevő fizetési késedelme esetén a szerződés időtartama alatt a Ptk. 6:155.§ (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak alapján kiszámított mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

4. Az Eladó nem szerződésszerű teljesítése, kötbér, a szerződés megszűnése

- 4.1. Az Eladó kötelezettségeinek – felróható – nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén Vevő egyoldalú nyilatkozatával a szerződéstől elállhat, ami a szerződést a megkötésére visszamenő hatállyal felbontja, és követelheti a neki okozott kár megtérítését.
- 4.2. Az Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

- 4.3. Amennyiben az Eladó – olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen teljesít, úgy a Vevő – a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva a – késedelmesen szállított Eszközök - nettó vételárának 4%/nap, maximum a késedelmesen szállított Eszközök nettó vételárának 20 %-a.
- 4.4. Amennyiben az Eladó teljesítése nem felel meg a jelen szerződésben, valamint a szerződés 1. mellékletében meghatározott feltételeknek, illetve a teljesítés során a Vevő által megfogalmazott igényeknek, úgy Vevő a jótállás szabályai szerint járhat el.
- 4.5. A Vevőnek jogában áll a késedelmi kötbért az esedékes vételárba beszámítani, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.
- 4.6. Ha az Eladó a jelen szerződésben meghatározott feladatának teljesítésével 5 napot meghaladó késedelembe esik, a Vevő felmondhatja a szerződést és meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a teljes nettó vételár 20%-a.
A Vevő ez esetben egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását, a meghiúsulási kötbér a nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé.
- 4.7. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) 6:187. §-ára figyelemmel – jogosult a kötbér mellett a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, valamint, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
- 4.8. A Vevő a kötbérigényét írásban köteles közölni az Eladóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.
- 4.9. Amennyiben a szerződésben meghatározott kötbér meghaladja a kötbérmaximumot, úgy Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetben az Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
- 4.10. A Vevő a Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jelen szerződést felmondja, ha:
a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
- 4.11. A 4.12. pont szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített Eszközök szerződésszerű vételárára jogosult.
- 4.12. A Vevő jogosult továbbá a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállni a Kbt. 143. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott esetekben.
- 4.13. Késedelmi kamat: a késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155 § szerint.

5. Kapcsolattartás

- 5.1. A Szerződő Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint:
- Vevő képviselője: Morvai Gábor műszaki osztályvezető
telefon: +36 53/310-011/101 mellék, fax: +36 53/310-860, e-mail: morvai.gabor@toldykorhaz.hu
 - Eladó képviselője: Hrubai Márton
telefon: +36 1/288-5000, fax: +36 1/288-5001, e-mail: medical.hungary@draeger.com
- 5.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. A felmondást és az elállást írásban, tértivevényes levélben kell a másik féllel közölni.
- 5.3. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
- 5.4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
- 5.5. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt változásról a másik felet haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. A kapcsolattartók személyének vagy adatainak változása nem minősül a szerződés módosításának.

6. Titoktartás

- 6.1. A Szerződő Felek a jelen szerződéssel, valamint az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Az Eladó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.
- 6.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Vevő jogosult a teljesítés megkezdéséig jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni, a teljesítés megkezdését követően a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az elállás vagy a felmondás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását.

- 6.3. Az Eladó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3)-(3a) bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Az Eladó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
- 6.4. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyontát érintő szerződések, illetőleg a gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésből juttatott pénzeszközök felhasználása tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír.
- 6.5. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül.
- 6.6. Az Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő a szerződés megnevezését (típusát), tárgyát, a Szerződő Felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követően honlapján közzéteszi.

7. Vitás kérdések rendezése

Az Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Szerződő Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1. A Szerződő Felek a szerződést kizárólag írásban, a Szerződő Felek képviselői által aláírt okirattal módosíthatják figyelembe véve a Kbt. 141. §-ában foglaltakat.
- 8.2. Az Eladó kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül.
- 8.3. Az Eladó a 8.3. pontban foglalt nyilatkozatában foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles a változásról a Vevőt tájékoztatni. Amennyiben az Eladó 8.2. vagy 8.3. pont szerinti nyilatkozata valótlan tartalmú, a Vevő jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől azonnali hatállyal eláll.
- 8.4. A Szerződő Felek a Ptk. 6:1. § (3) bekezdése alapján megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő követelések tekintetében az elévülést a Ptk. 6:25. § (1) bekezdésében meghatározottakon túlmenően a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás is megszakítja.

- 8.5. Jelen szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés vagy rész nélkül a Szerződő Felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, vagy rész hiányában a szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna.

A szerződés értelmezése vagy bármely jellegű vizsgálata esetében a Vevő birtokában lévő példány tartalma és szövege az irányadó.

- 8.6. A Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az Infotv. és a Kbt. rendelkezéseit tekintik irányadónak.


A Szerződő Felek a jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag négy példányban aláírják.

Mellékletek:

1.sz.melléklet Ajánlattételi táblázat

2.sz.melléklet Műszaki leírás


Cegléd, 2019. április 24.


.....
Dr. Pusztai Dezső
főigazgató
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Vevő


.....
Krikus Henrik
ügyvezető
Dräger Medical Magyarország Kft.
Eladó

Dräger

Pénzügyileg ellenjegyzem:


.....
Bobál István
gazdasági igazgató
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Cegléd

Dräger Medical Magyarország
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1135 Budapest, Szent László u. 95.
www.draeger.com
Adószám: 12601134-2-41
Commerzbank: 14220108-47992001

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma:
Cegléd, 2019. április 24.

KITÖLTENDŐ!
(részenként)

AJÁNLATTÉTELI TÁBLÁZAT

A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet

„Orvosi eszközök beszerzése”

elnevezésű eljárásban

3.rész: Klinikai inkubátor

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Drägerwerk AG & Co. KGaA

Típus: Isolette 8000 plus

Szervizt ellátó cég neve, elérhetősége: Dräger Medical Magyarország Kft., 1135
Budapest, Szent László út 95.

Garancia idő hossza: 12 hónap

A gyártmány osztályba sorolás szerinti CE tanúsítványának száma:
MD206-001-1901-014 -0

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Alkalmas legyen kis súlyú koraszülöttek számára (klimatikus körülmények és ellátási feltétek biztosítása)	min. 500g	Igen, min. 500g
Szervo hőmérséklet szabályzás	Igen	Igen
Buratóri páratartalom szabályzás		
Szervo (a kívánt/beállított páratartalmat automatikusan szabályozza)	Igen	Igen
Buratóri oxigénadagolás/szabályzás		
Szervo (nagynyomású O2 csatlakozás, a kívánt/ beállított O2 koncentrációt automatikusan szabályozza)	Igen	Igen
Fekhely feletti légáramlás	max. 0,1m/sec	Igen, max. 0,1m/sec
Beltéri CO2 értéke	max. 0,5%	Igen, max. 0,5%
Működési zajszint a buratórban	max. 50dB	Igen, max. 47dB
Kihúzható fekvőfelület	Igen	Igen
Röntgentálca	Igen	Igen

Elektromos magasságemelés, kétoldali lábpedállal	Igen	Igen
Grafikus kijelző	Igen	Igen
Magyar nyelvű szoftver (kérünk a kijelzőről fotót/ prospektust csatolni amelyről egyértelműen ellenőrizhető a magyar nyelvű szoftver megléte)	Igen	Igen
Véletlen elállítás elleni védelem	Igen	Igen
A levegőfüggöny intenzitása ajtónyitáskor automatikusan növekszik (a buratóri hőmérséklet stabilizálására hosszú beavatkozás esetén)	Kérjük megadni! (igen/nem)	Igen
Beállítási szabályzási és mérési adatok		
Léghőmérséklet szabályzás, mérés	Igen	Igen
Beállítható szabályzás tartománya	min. 28-37°C override móddal 39°C-ig	Igen, 20-37°C override móddal 39°C-ig
A mérőcsatorna méréstartománya és felbontása	min.28-29°C 0,5°C felbontással	Igen, 15-45°C 0,1°C felbontással
Bőrhőmérséklet szabályzás és mérés, szervo	Igen	Igen
Szabályozás tartománya	≤35-37°C override móddal: 37,5°C-ig	Igen, ≤34-37°C override móddal: 38°C-ig
A mérőcsatorna méréstartománya és felbontása 35-39°C -0,5°C felbontással	Igen	Igen, 15-45°C 0,1°C felbontással
Páratartalom szabályzás és mérés adatai		
Szabályzási tartománya 40-90 rH%	Igen	Igen
A mérőcsatorna méréstartománya és pontossága 40-90 rH% ±10%	Igen	Igen
Párásító rendszer	Igen	Igen
Buratóri kondenzátum elvezető rendszer külső gyűjtőtartállyal	kérjük megadni! (igen/nem)	Igen
Párásítótartály autoklázozható	Igen	Igen
Buratóri O2 szabályzás (szervo) lehetősége és mérési adatai (lehetősége azt jelenti, hogy az ajánlati árban foglalt, tekintettel a 6. sorban tett előírásra)	Igen	Igen
Szabályzási tartománya	min. 22-65%	Igen, 21-65%
A mérőcsatorna méréstartománya szélesebb, mint szabályozási tartomány	Igen	Igen
O2 bemeneti nyomás tartománya legalább 350-450 kPa	Igen	Igen

M.


Buratóri oxigénadagolás lehetősége külső áramlásmérővel	Igen	Igen
Integrált digitális mérleg		
Elektronikus súlymérés digitális kijelzéssel	Igen	Igen
Trend		
Grafikus trend	Igen	Igen
Trendbe rögzített adatok minimum buratóri hőmérséklet, bőrhőmérséklet, páratartalom, oxigén, testsúly	Igen	Igen
Riasztások		
Intelligens riasztás rendszer, hang és fényjelzéssel, szöveges kijelzéssel (monitorozás és üzemeltetés adatai, paraméter határátlépés, technikai események)	Igen	Igen
Megjelenítés		
Beállítások megjelenítése	Igen	Igen
Mért paraméterek megjelenítése	Igen	Igen
Trendek megjelenítése	Igen	Igen
Riasztások, üzenetek megjelenítése	Igen	Igen
Egyebek		
Zárt rendszerű vagy azzal egyenértékű párasító	Igen	Igen
Könnyű, megbízható tisztítást, fertőtlenítést biztosító párasító rendszer	Igen	Igen
Frisslevegő bemeneti, nagy hatékonyságú szűrő	Igen	Igen
Mechanikai kialakítás		
Könnyen kezelhető, állítható gurulós állvány, fékezhető kerekekkel	Igen	Igen
Sugárzásos hőveszteséget csökkentő burakialakítás	Igen	Igen
A burán kezelőnyílások (kézméretű)	min 6 db (min 2-2 az oldalakon, min 1-1 fej és lábvégen)	Igen, 6 db
Lehajtható kezelő ajtó, reteszeléssel	Igen	Igen
Fekvőfelület kétirányú, fokozatmentes dönthetősége min $\pm 12^\circ$	Igen, kérjük megadni	Igen, folyamatosan változtatható $12^\circ \pm 1^\circ$ -ig
Fekvőfelület dönthetősége több fokozatban	Igen	Igen
Fekvőfelület dönthetősége a buratérén kívülről állítható	Kérjük megadni! (igen/nem)	Igen
Akadálymentesen hozzáférhető fekvőfelület	Igen	Igen


Beépített röntgenkazetta tartó	Igen	Igen
Bevezető nyílások tartozékoknak	min 8db	Igen, 10 db
Pácienskör/ tubus rögzítési lehetőség (légzőkör tartókar), a buratér bármely sarkában rögzíthető	Igen	Igen
Ápoló személyzet által könnyen szétszedhető, tisztítható, fertőtleníthető bura, bölcső, légcsatorna, párástító rendszer	Igen	Igen
Tartozékok		
A megajánlott konfiguráció tartalmazza a fentiekben felsorolt funkciók alkalmazásához szükséges összes tartozékokat	Igen	Igen
Csak új készülék ajánlható meg. Nem elfogadható a gyári felújított és a demó készülék ajánlata	Igen	Igen

Kelt: Budapest, 2019.02.08.


Dräger

Dräger Medical Magyarország
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1135 Budapest, Szent László út 95.
www.draeger.com


Szabados Ildikó


Stefán Zoltán

Dräger Isolette 8000 plus Klinikai inkubátor ''**



Jellemzői:

- Alkalmas 500 g-nál nagyobb súlyú koraszülöttek ellátására,
- Manuális, Szervo hőmérséklet szabályzás
- 2 csatornás bőrhőmérséklet mérés
- Buratóri hőmérséklet mérése, digitális kijelzése
- Fekhely feletti légáramlás 0,1m/sec alatt
- Buratóri oxigénadagolás
- Szervo szabályozott buratóri oxigénadagolás
- Buratóri CO₂ értéke 0,5% alatt
- Buratór párasítása szervo szabályozással
- Beállítható buratóri páratartalom
- Buratóri páratartalom mérése, digitális kijelzése
- Működési zajszint <47 dB
- Kihúzható fekvőfelület, biztonsági határolóval,
- Röntgentálca
- Elektromos magasságemelés kétoldali lábpedállal,
- Grafikus kijelző: beállítások-mért értékek – riasztások – üzenetek – trendek megjelenítésére,
- Magyar nyelvű szoftver
- Véletlen elállítás elleni védelem
- Légfüggöny technológia (levegőfüggöny intenzitása ajtónyitáskor automatikusan növekszik)
- Buratóri kondenzátum elvezető rendszer külső gyűjtő tartállyal

Hőmérséklet szabályozás és mérés adatai

- Lépcsőzetes hőmérséklet emelés a célhőmérséklet elérése előtt,
- Léghőmérséklet szabályzás, mérés
- Léghőmérséklet szabályzás tartománya 20-37°C override móddal: 39°C-ig
- A mérőcsatorna méréstartománya, felbontása min. 15-45°C min. 0,1°C felbontással
- Bőrhőmérséklet szabályzás, mérés 2 független csatornán
- Bőrhőmérséklet szabályzás tartománya 34-37°C override móddal: 38°C-ig
- A mérőcsatorna méréstartománya, felbontása 15-45°C min. 0,1°C felbontással

Dräger. Technika az életért®

Páratartalom szabályzás és mérés adatai

Párásító a kezelő személyzet részére kívülről látható, szerszám nélkül kivehető és fertőtleníthető

Beállítható buratéri páratartalom 30-95 % rH

Páratartalom szabályozás, mérése és digitális kijelzése

Méréstartomány min. 10-100 %, $\pm 1\%$ pontossággal

Párásító rendszer

Buratéri kondenzátum elvezető rendszer külső gyűjtőtartállyal

Párásító tartály autoklávozható

Párásító rendszer a vizet forrpontra hevíti csökkentve a fertőzés veszélyt

Buratér O2 szabályozás

Beállítási tartomány 21 – 65% - ig,

Súlymérés

Súlymérés tartománya: 0 – 7000 g-ig, 5 g – os felbontással,

Elektronikus súlymérés digitális kijelzéssel,

Riasztás

Beállítható riasztás, hang és fényjelzéssel, szöveges kijelzéssel

Trend

Grafikus trend

Trendbe rögzített adatok min. buratéri hőmérséklet, bőrhőmérséklet, páratartalom, oxigén, testsúly

Egyebek

Frisslevegő bevezetésben nagy hatékonyságú szűrő, amelynek állapota a személyzet számára látható, szerszám nélkül cserélhető,

Informatikai kimenet

A készülék digitális informatikai kimenettel rendelkezik elektronikus lázlap rendszerbe (klinikai információs rendszerbe) történő integrálásra

Mechanikai adatok

Mindkét oldalról állítható gurulós állvány, fékezhető kerekkel

Tartósín vagy tartóoszlop az inkubátor fej és lábvégén egyaránt min. 5kg terhelhetőségű

A búrán kezelőnyílások (kézméretű) – 6 db

Sugárzásos hővesztéséget csökkentő burakialakítás

Fekvőfelület kétirányú, több fokozatú vagy fokozatmentes dönthetősége min $\pm 12^\circ$

Fekvőfelület dönthetősége a buratérén kívülről állítható

Akadálymentesen hozzáférhető fekvőfelület

Bevezető nyílások a tartozékoknak, 10 db

Pácienskör/tubus a buratér bármely sarkában rögzíthető

Ápoló személyzet által könnyen szétszerelhető, tisztítható, fertőtleníthető bura, bölcső, légcsatorna, párásító rendszer

^{**} A termékfénykép csak illusztráció.